



gültig bis: 22. Juni 2031

Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Carl Zeiss SMT GmbH
Daedalus Messkopf
Report No. ZE 2605-1773

Einzelprodukt
Reinigbarkeit
(Partikel)

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für das oben genannte Produkt, eine Untersuchung im Auftrag von

Carl Zeiss SMT GmbH
Oberkochen, Deutschland

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer ZE 2605-1773 vergeben wurde.

Die Überprüfung der Reinigbarkeit des Daedalus Messkopf inklusive Lemo-Kombistecker und Breakout-Box (Farbe: Weiß) wurde anhand des VDMA Merkblatts »Riboflavintest für keimarme oder sterile Verfahrenstechniken – Fluoreszenztest zur Prüfung der Reinigbarkeit« durchgeführt. Es konnte dabei folgendes Ergebnis festgestellt werden:

Klassifizierung

schwach

Die Klassifizierung der Restfluoreszenz basiert auf einer worst-case Betrachtung.

Die Gültigkeit dieses Dokuments beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form ab Erstaussstellungsdatum für eine Dauer von 5 Jahren und kann auf www.tested-device.com überprüft werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Die angegebenen Normen beziehen sich generell auf die zum Zeitpunkt der Untersuchungen gültige Fassung.

ZE 2605-1773
Report No. Erstaussstellung

Stuttgart, 22. Juni 2026
Ort, Datum Erstaussstellung

--
Report No. Aktualisierung

--
Ort, Datum Aktualisierung

i. A.
Dr.-Ing. Frank Bürger,
Geschäftsbereichsleiter Prüfungen und Zertifizierungen



Fraunhofer
IPA